

LM17

Pour 1 litre de LM17:
37 g de M17.
5 g de lactose.
Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour LM17-agar:
Ajouter 15g d'agar par litre.

Pour LM17-top agar:
Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Autoclaver.

Pour l'amplification ou la titration de phages, ajouter 10mM de CaCl_2 stérile après l'autoclave.

Dernières modifications le 16 janvier 2011