

MRS

Pour 1 litre de MRS:
55 g de MRS.
Compléter à 1 litre avec de l'eau.

Pour MRS-agar:
Ajouter 15g d'agar par litre.

Pour MRS-top agar:
Ajouter 7,5 g d'agar par litre.

Autoclaver.

Pour l'amplification ou la titration de phages, ajouter 10mM de CaCl_2 stérile.

Dernières modifications le 21 février 2011